
ECN - Tekniskt ändringsmeddelande
ECN-P0114
Datum: 2026-09-07
Utfärdare: Fredrik Nyblom

UPPDATERING AV VÅRA BRUKSANVISNINGAR

Information om ändringar i Mercado Medics produkter eller tjänster.



Sammanfattning

Produkterna har testats mot nya produktstandarder, vilket har medfört ändringar av produktens varningar. Hänvisningar till våra anpassningsdokument har lagts till. Produktförändringar som gjorts har justerats i bruksanvisningarna.

Artikelnummer som påverkas

21-08742	Bruksanvisning för medicintekniska arbetsstolar i produktserien REAL 9000 PLUS
21-08861	Bruksanvisning för medicintekniska bariatriska arbetsstolar i produktserien REAL 9200 TWIN
21-08877	Bruksanvisning för medicintekniska elrullstolar i produktserien REAL 6100 PLUS LiNX
21-08907	Bruksanvisning för medicintekniska stå- och magstödsstolar i produktserien REAL 2000 samt REAL 9500 PLUS och REAL 9600 PLUS

Bakgrund

Produktstandarder har fått ny version eller ersatts, vilket har krävt testning av produkt på testinstitut. Det har i sin tur krävt justeringar av bruksanvisningar. Genomförda produktuppdateringar har behövt implementeras i bruksanvisningarna.

Detaljer kring ändringen

- Produkterna är uppdaterade enligt senaste gällande produktstandarder, vilket har gjort att varningar är uppdaterade eller har behövts adderas.
- Produkterna REAL 9000 PLUS serien, REAL 9600 PLUS och REAL 9200 TWIN med elektriska funktioner har uppdaterats från kapslingsklass IP21 till IP22.
- Produktändringar har uppdaterats i bruksanvisningarna.
- Nya riktlinjer gällande tredjeparts-anpassningar finns i avsnitt *Individuell anpassning*.

Uppdateringar av varningar

REAL 9000 PLUS serien, REAL 9500/9600 PLUS och REAL 9200 TWIN

Varning! Det är inte tillåtet att själv modifiera produkten. Om individuell anpassning önskas, kontakta din förskrivare eller distributör. Om produkten modifieras gäller inte CE-märkningen och Mercado Medic kan inte längre ta fullt produktansvar. Modifikationer kan påverka produktens mekaniska, elektriska, elektromagnetiska, samt dess hygieniska säkerhet. Vilket i sin tur kan leda till tillbud och olyckor.

Varning! Mobiltelefoner eller annan RF-kommunikationsutrustning kan störa ut produkten och får därför inte användas närmare än 30 cm från produkten.

Varning! Produkten kan störa annan elektrisk utrustning.

Varning! Elektriska funktioner och dess reglage kan bli varma under längre användning.

Varning! Produkter utrustade med trådbunden handkontroll innehåller magnet.

REAL 6100 PLUS LiNX


Varning! Produkten får inte användas som säte vid transport i ett fordon eller flygplan etc.


Varning! Om produkten inte är bromsad och lämnas i en backe kommer den att börja rulla med risk för fall- eller krosskador som följd.


Varning! Mobiltelefoner eller annan RF-kommunikationsutrustning kan störa ut produkten.


Varning! Produkten kan störa annan elektrisk utrustning.

Planerad tidpunkt för införande

2026-10-01

Påverkan på kända risker

Bruksanvisningarna informerar om nya och kända risker.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår utvecklingschef Fredrik Nyblom.

Kontaktuppgifter:

+46 70 230 74 75
fredrik.nyblom@mercado.se